거제수협수산물종합가공공장

항상 정직한 마음으로 깨끗하게 만듭니다.

----------감마핵종분석 방사능 검사서----------

수산가공-S-06-01

검사번호	방사능 - 원료 - 13	검사년월일	2024.04.05
검 체 명	참미더덕(냉장)	판정년월일	2024.04.05
원 산 지	국산	검사자/판정자	조 현 서 조현서

※ 시험 규격 및 장비

식품의약품안전처 고시 {제2023-72호(2023.11.28,개정) - 식품의 기준 및 규격 제(8)일반시험법 (9.9)방사능 (9.9.2)고순도게르마늄 감마핵종분석기에 의한 시험법}에 의해 이루어졌습니다.

기기명	제작회사	기기번호	교정일자
고순도게르마늄 감마핵종분석장비 (HPGe Gamma System)	CANBERRA	DET5	2023-07-27

검 사 결 과			
분석 핵종	기 준	Activity(Bq/Kg)	MDA(Bq/Kg)
I-131	100 Bq/Kg	불검출	0.13
Cs-134	100 Bq/Kg	불검출	0.12
Cs-137	100 Bq/Kg	불검출	0.18

※본 검사결과는 선전, 광고 및 소송 등 법적 수단으로 사용될 수 없습니다.

2024년 04월 05일

거제수협수산물종합가공공장

우 53274 경남 거제시 사등면 견내량 1길 85
TEL.055-636-7424~9 / FAX.055-636-7423

거제수협수산물종합가공공장

항상 정직한 마음으로 깨끗하게 만듭니다.

----------감마핵종분석 방사능 검사서----------

수산가공-S-06-01

검사번호	방사능 - 원료 - 218	검사년월일	2024.02.13
검 체 명	고등어	판정년월일	2024.02.13
원 산 지	국산	검사자/판정자	조 현 서 조현서

※ 시험 규격 및 장비

식품의약품안전처 고시 {제2023-72호(2023.11.28,개정) - 식품의 기준 및 규격 제(8)일반시험법 (9.9)방사능 (9.9.2)고순도게르마늄 감마핵종분석기에 의한 시험법}에 의해 이루어졌습니다.

기기명	제작회사	기기번호	교정일자
고순도게르마늄 감마핵종분석장비 (HPGe Gamma System)	CANBERRA	DET5	2023-07-27

검 사 결 과			
분석 핵종	기 준	Activity(Bq/Kg)	MDA(Bq/Kg)
I-131	100 Bq/Kg	불검출	0.18
Cs-134	100 Bq/Kg	불검출	0.13
Cs-137	100 Bq/Kg	불검출	0.16

※본 검사결과는 선전, 광고 및 소송 등 법적 수단으로 사용될 수 없습니다.

2024년 02월 13일

거제수협수산물종합가공공장

우 53274 경남 거제시 사등면 견내량 1길 85
TEL.055-636-7424~9 / FAX.055-636-7423

거제수협수산물종합가공공장

항상 정직한 마음으로 깨끗하게 만듭니다.

----------감마핵종분석 방사능 검사서----------

수산가공-S-06-01

검사번호	방사능 - 원료 - 281	검사년월일	2024.03.26
검 체 명	선동명태	판정년월일	2024.03.26
원 산 지	러시아	검사자/판정자	조 현 서 조현서

※ 시험 규격 및 장비

식품의약품안전처 고시 {제2023-72호(2023.11.28,개정) - 식품의 기준 및 규격 제(8)일반시험법 (9.9)방사능 (9.9.2)고순도게르마늄 감마핵종분석기에 의한 시험법}에 의해 이루어졌습니다.

기기명	제작회사	기기번호	교정일자
고순도게르마늄 감마핵종분석장비 (HPGe Gamma System)	CANBERRA	DET5	2023-07-27

검 사 결 과			
분석 핵종	기 준	Activity(Bq/Kg)	MDA(Bq/Kg)
I-131	100 Bq/Kg	불검출	0.10
Cs-134	100 Bq/Kg	불검출	0.11
Cs-137	100 Bq/Kg	불검출	0.11

※본 검사결과는 선전, 광고 및 소송 등 법적 수단으로 사용될 수 없습니다.

2024년 03월 26일

거제수협수산물종합가공공장

우 53274 경남 거제시 사등면 견내량 1길 85
TEL.055-636-7424~9 / FAX.055-636-7423

거제수협수산물종합가공공장

항상 정직한 마음으로 깨끗하게 만듭니다.

----------감마핵종분석 방사능 검사서----------

수산가공-S-06-01

검사번호	방사능 - 원료 - 280	검사년월일	2024.03.28
검 체 명	짜지않은잔멸치	판정년월일	2024.03.28
원 산 지	국산	검사자/판정자	조 현 서 조현서

※ 시험 규격 및 장비

식품의약품안전처 고시 {제2023-72호(2023.11.28,개정) - 식품의 기준 및 규격 제(8)일반시험법 (9.9)방사능 (9.9.2)고순도게르마늄 감마핵종분석기에 의한 시험법}에 의해 이루어졌습니다.

기기명	제작회사	기기번호	교정일자
고순도게르마늄 감마핵종분석장비 (HPGe Gamma System)	CANBERRA	DET5	2023-07-27

검 사 결 과			
분석 핵종	기 준	Activity(Bq/Kg)	MDA(Bq/Kg)
I-131	100 Bq/Kg	불검출	0.13
Cs-134	100 Bq/Kg	불검출	0.10
Cs-137	100 Bq/Kg	불검출	0.16

※본 검사결과는 선전, 광고 및 소송 등 법적 수단으로 사용될 수 없습니다.

2024년 03월 28일

거제수협수산물종합가공공장

우 53274 경남 거제시 사등면 견내량 1길 85
TEL.055-636-7424~9 / FAX.055-636-7423